




नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा

(.....शाखा)



फोन नं.

४२६२१००

४२६२८०२

४२६२३०६

४२६२९३५

४२६२८६२

४२२३५८०

प्राप्त पत्र संख्या :-

पत्र संख्या ०७६/७७

चलानी नं. :- ०२/७२

रामशाहपथ,

काठमाडौं, नेपाल ।

मिति :- २०७६।०५।१५

विषय :- मर्करीयुक्त उपकरणहरु र डेन्टल अमलगम सम्बन्धमा ।

- श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय,सिंहदरवार,काठमाण्डौ ।
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सातौ वटा प्रदेशहरु ।
श्री स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु ।
श्री औषधी व्यवस्था विभाग, विजुलिवजार ।
श्री आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकु ।
श्री नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, बालकुमारी, ललितपुर ।
श्री एसोसिएसन अफ प्राइएभेट हेल्थ ईन्सिटच्यूसन अफ नेपाल (अफिन), ज्वागल ललितपुर ।
श्री त्रिभुवन विश्व विद्यालय,किर्तिपुर ।
श्री काठमाण्डौ विश्व विद्यालय, धुलिखेल ।
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर ।
श्री वि.पि.कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान,धरान ।
श्री प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) ।

उपरोक्त सम्बन्धमा मर्करीयुक्त उपकरण र डेन्टल अमलगम सम्बन्धमा तपशिल वमोजिमको गर्ने गराउने निर्णयहरु नेपाल सरकार (माननिय उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तर) को मिति २०७६।०५।०४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

१. गर्भवती तथा स्तनपान गराई रहेको महिला तथा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा मर्करी डेन्टल अमलगमको प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने ।
२. अन्य उमेरको हकमा विकल्प भएमा (मर्करी डेन्टल अमलगमको प्रयोगमा) पाँच वर्ष भित्र प्रतिबन्ध गर्ने ।
३. दन्त चिकित्सा अध्ययन, अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुलाई मर्करी डेन्टल अमलगमको प्रयोगवाटै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने ।
४. प्रयोगात्मक अभ्यासमा मर्करी डेन्टल अमलगमको पयोग प्रतिबन्ध गर्ने ।

विजय क्रान्ति शाक्य
वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत